

測定結果

【試料情報】

測定試料名 : 千葉県木更津市 小松菜
測定試料備考 : 千葉県立楨の実特別支援学校
試料正味重量 : 444g


【測定情報】

測定日時 : 2018/04/19 16:33:25
測定時間 : 20分
下限値 : 10.0 Bq/kg
検出下限値 : 14.2 Bq/kg
判定条件 : 正味3 σ (シグマ)以上
コメント1 : ※コメント1
コメント2 : ※コメント2

【測定値】

核種名		放射能±誤差 (Bq/kg)	エネルギー (keV)
ヨウ素131	I-131	不検出 <16.3	365
セシウム137	Cs-137	不検出 <13.1	662
セシウム134	Cs-134	不検出 <14.7	796
カリウム40	K-40	455.4±66.4	1461
セシウム合算	Cs-134,137	不検出 <27.8	796, 662

※「不検出」とは上記「検出下限値」未満のことです。



千葉県立楨の実特別支援学校

※測定器はテクノエーピー社製TN300B
※注釈

測定結果

【試料情報】

測定試料名 : 徳島県産 人参
 測定試料備考 : 千葉県立楨の実特別支援学校
 試料正味重量 : 457g


【測定情報】

測定日時 : 2018/05/15 16:43:22
 測定時間 : 20分
 下限値 : 10.0 Bq/kg
 検出下限値 : 13.8 Bq/kg
 判定条件 : 正味3 σ (シグマ)以上
 コメント1 : ※コメント1
 コメント2 : ※コメント2

【測定値】

核種名		放射能±誤差 (Bq/kg)	エネルギー (keV)
ヨウ素131	I-131	不検出 < 13.0	365
セシウム137	Cs-137	不検出 < 18.7	662
セシウム134	Cs-134	不検出 < 12.0	796
カリウム40	K-40	453.2 ± 60.3	1461
セシウム合算	Cs-134,137	不検出 < 24.3	796, 662

※「不検出」とは上記「検出下限値」未満のことです。



千葉県立楨の実特別支援学校

※測定器はテクノエーピー社製TN300B
 ※注釈