

測定結果

【試料情報】

測定試料名 : 千葉県産米 ふさがね
測定試料備考 : 千葉県立楨の実特別支援学校
試料正味重量 : 503g


【測定情報】

測定日時 : 2017/04/24 16:44:58
測定時間 : 20分
下限値 : 10.0 Bq/kg
検出下限値 : 12.5 Bq/kg
判定条件 : 正味3 σ (シグマ)以上
コメント1 : ※コメント1
コメント2 : ※コメント2

【測定値】

核種名		放射能±誤差 (Bq/kg)	エネルギー (keV)
ヨウ素131	I-131	不検出 <14.4	365
セシウム137	Cs-137	不検出 <11.9	662
セシウム134	Cs-134	不検出 <13.9	796
カリウム40	K-40	297.4±62.1	1461
セシウム合算	Cs-134,137	不検出 <25.7	796, 662

※「不検出」とは上記「検出下限値」未満のことです。



千葉県立楨の実特別支援学校 大野 亜希子

測定結果

【試料情報】

測定試料名 : 埼玉県産 きゅうり
測定試料備考 : 千葉県立楨の実特別支援学校
試料正味重量 : 482g


【測定情報】

測定日時 : 2017/05/26 16:24:20
測定時間 : 20分
下限値 : 10.0 Bq/kg
検出下限値 : 13.1 Bq/kg
判定条件 : 正味3 σ (シグマ)以上
コメント1 : ※コメント1
コメント2 : ※コメント2

【測定値】

核種名		放射能±誤差 (Bq/kg)	エネルギー (keV)
ヨウ素131	I-131	不検出 <15.4	365
セシウム137	Cs-137	不検出 <12.5	662
セシウム134	Cs-134	不検出 <14.6	796
カリウム40	K-40	439.1±58.8	1461
セシウム合算	Cs-134,137	不検出 <27.1	796, 662

※「不検出」とは上記「検出下限値」未満のことです。



千葉県立楨の実特別支援学校 大野 亜希子

※測定器はテクノエーピー社製TN300B

※注釈