

測定結果

【試料情報】

測定試料名 : 人参 千葉県市川市
 測定試料備考 : 千葉県立つくし特別支援学校
 試料正味重量 : 657g


【測定情報】

測定日時 : 2016/05/26 15:49:31
 測定時間 : 20分
 下限値 : 10.0 Bq/kg
 検出下限値 : 9.6 Bq/kg
 判定条件 : 正味 3σ (シグマ)以上
 コメント1 : ※コメント1
 コメント2 : ※コメント2

【測定値】

核種名		放射能±誤差 (Bq/kg)	エネルギー (keV)
ヨウ素131	I-131	不検出 <10.7	365
セシウム137	Cs-137	不検出 <8.9	662
セシウム134	Cs-134	不検出 <10.2	796
カリウム40	K-40	422.0±45.9	1461
セシウム合算	Cs-134,137	不検出 <19.1	796, 662

※「不検出」とは上記「検出下限値」未満のことです。



※測定器はテクノエーピー社製TN300Bを使用しております。

※